

Warszawa, dnia 31.10.2024

**ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach realizacji projektu:
DOB-BIO-12-04-001-2022
nr ref. DIAGNOTROP/1/2024**

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

DYNAMIC SAFETY CORPORATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Dworkowa 11/20 05-077 Warszawa
NIP 521-101-19-48, REGON 010932730
KRS 0000028385

2. Przedmiot i wielkość zamówienia:

Specjalistyczne prace dotyczące obudowy przenośnego czytnika czynników chorobotwórczych

Szczegółowy opis wymogów Zamawiającego został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Opis przedmiotu zamówienia)

3. Wymagany termin realizacji:

Realizacja maksymalnie do 4 tygodni od momentu złożenia zamówienia

4. Dane kontaktowe:

adres e-mail: dsc@dsc-vr.pl

5. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 08.11.2024 r. do godz. 13.00 drogą elektroniczną na adres dsc@dsc-vr.pl lub pocztą/osobiście na adres siedziby firmy (pkt 1)

6. Oferta powinna w szczególności zawierać:

potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego,
informacje o udzielanej przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia,
informacje o cenie jednostkowej netto i brutto przedmiotu zamówienia,
potwierdzenie terminu realizacji zamówienia,
warunki płatności.

7.Kryteria oceny ofert:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny: Cena: 100%

8.Warunki udziału w postępowaniu:

Oferent wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz że posiada wiedzę i doświadczenie (Oświadczenie w formularzu ofertowym).

Oferent wykaże, iż nie toczy się wobec niego jakiegokolwiek postępowanie oraz wedle najlepszej wiedzy nie zagraża mu żadne postępowanie, śledztwo, dochodzenie, likwidacja bądź upadłość, które mogłoby mieć wpływ na jego zdolność do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub ważność i wykonalność (skuteczność) niniejszej umowy, a gdyby takie zaistniało, zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o wszczęciu takiego postępowania (Oświadczenie w formularzu ofertowym).

9.Inne postanowienia:

Zamawiający po terminie złożenia ofert przewiduje możliwość negocjacji warunków realizacji zamówienia z Wykonawcami, którzy złożyli ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

W imieniu Dynamic Safety Corporation Sp.z o.o.:

Agata Antoniak

Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
- 2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (przykładowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specjalistyczne prace dotyczące obudowy przenośnego czytnika czynników chorobotwórczych

1. Wykonanie dwóch iteracji obudowy przenośnego czytnika czynników chorobotwórczych

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie istniejącego projektu modelu 3D i jego wykonanie, na podstawie założeń koncepcyjnych Zamawiającego – obudowy przenośnego czytnika czynników chorobotwórczych przy zapewnieniu nw. warunków:

a) zapewnienie ergonomii przenoszenia i manipulowania obudowy (środek uchwytu powinien być zlokalizowany nad środkiem ciężkości aparatu);

b) zapewnienie miejsca na

- emiter światła

- zestaw luster

- detektor światła

wymiary tych modułów dostępne są w siedzibie zamawiającego

b) odrębna część górna i dolna z uwzględnieniem sposobu ich połączenia zapewniającego szczelność na poziomie IP65;

c) zapewnienie miejsca na wyświetlacz umożliwiający odczyt wyników oraz obsługę przyrządu - powinno być zlokalizowane przed uchwytem do przenoszenia;

d) zapewnienie otworów do instalacji ogniwi zasilających oraz na złącza do ich ładowania;

e) zapewnienie odporności na uszkodzenia mechaniczne (odkształcenia).

Obudowę należy wykonać z aluminium lub PCV w technologii frezowania CNC z pojedynczych bloków surowca, osobno dla części górnej i dolnej. Wykonawca powinien posiadać możliwość obróbki bloków o wymiarach co najmniej 25cm x 15cm x 10cm.

2. Zapewnienie dodatkowych wymagań

a) Należy wewnątrz obudowy zapewnić miejsca montażowe dla elementów elektronicznych oraz zasilania.

b) Należy zaplanować i wykonać połączenia (za pomocą śrub):

- ww. elementów wewnątrz obudowy;

- wyświetlacza ciekłokrystalicznego;

- części górnej i dolnej obudowy.

c) Obudowa powinna być pozbawiona ostrych elementów lub zadziórów mogących zranić potencjalnego użytkownika.

d) Należy dostarczyć dokumentację powykonawczą, w tym modele 3D detali w formacie *.STEP.

Dane Zamawiającego:

DYNAMIC SAFETY CORPORATION Sp.z o.o.
NIP 521-101-19-48, REGON 010932730

FORMULARZ OFERTOWY
dot. projektu nr :
DOB-BIO-12-04/001-2022
nr referencyjny : DIAGNOTROP/1/2024

1.Dane dot. Wykonawcy (nazwa, adres) :

.....
.....
.....

2.Oświadczam, że zamówienie wykonam zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.

3.Przedmiot zamówienia:

Specjalistyczne prace dotyczące obudowy przenośnego czytnika czynników chorobotwórczych

Wartość netto w PLN:

Podatek VAT:

Wartość brutto w PLN:

4.Termin realizacji:.....

5.Warunki płatności:.....

6.Okres gwarancji:.....

7.Oświadczam, że akceptuję postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowych i posiadam wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

8.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Oświadczam, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadamy wiedzę i doświadczenie;
- dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia.

10. Oświadczam iż wobec firmy (wpisać nazwę firmy):

nie toczy się jakiegokolwiek postępowanie oraz wedle najlepszej wiedzy firmie nie zagraża żadne postępowanie, śledztwo, dochodzenie, likwidacja bądź upadłość, które mogłyby mieć wpływ na zdolność firmy do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub ważności wykonalność (skuteczność) niniejszej umowy, a gdyby takie zaistniało, zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o wszczęciu takiego postępowania.

.....

(miejsce, data)

.....

(czytelny podpis lub podpis i pieczęć Wykonawcy)